



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

**im. Edmunda Biernackiego w Mielcu**

**ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec**

**KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893**



centrala 17 78 00 100

tel. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: [przetargi@szpital.mielec.pl](mailto:przetargi@szpital.mielec.pl)

SzP.ZP.271.16-1.24

Mielec, dnia 05.03.2024r.

## **Wszyscy uczestnicy postępowania**

*Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.16.24*

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 1: Czy zamawiający dopuści rozmiar 0 / 60mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 1 dopuszcza do zaoferowania rozmiar 0 / 60mm.

**Pytanie 2:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 1: Czy zamawiający dopuści rozmiar 1 / 70mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 1 dopuszcza do zaoferowania rozmiar 1 / 70mm.

**Pytanie 3:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 2: Czy zamawiający dopuści rozmiar 1 / 70mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 2 dopuszcza do zaoferowania rozmiar 1 / 70mm.

**Pytanie 4:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 2: Czy zamawiający dopuści rozmiar 2 / 80mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 2 dopuszcza do zaoferowania rozmiar 2 / 80mm.

**Pytanie 5:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 3: Czy zamawiający dopuści rozmiar 2 / 80mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 3 dopuszcza do zaoferowania rozmiar 2 / 80mm.

**Pytanie 6:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 3: Czy zamawiający dopuści rozmiar 3 / 90mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 3 dopuszcza do zaoferowania rozmiar 3 / 90mm.

**Pytanie 7:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 4: Czy zamawiający dopuści rozmiar 3 / 90mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 4 dopuszcza do zaoferowania rozmiar 3 / 90mm.

**Pytanie 8:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 4: Czy zamawiający dopuści rozmiar 4 / 100mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 4 dopuszcza do zaferowania rozmiar 4 / 100mm.

**Pytanie 9:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 5: Czy zamawiający dopuści rozmiar 4 / 100mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 5 dopuszcza do zaferowania rozmiar 4 / 100mm.

**Pytanie 10:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 5: Czy zamawiający dopuści rozmiar 5 / 110mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 5 dopuszcza do zaferowania rozmiar 5 / 110mm.

**Pytanie 11:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 6: Czy zamawiający dopuści rozmiar 5 / 110mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 6 dopuszcza do zaferowania rozmiar 5 / 110mm.

**Pytanie 12:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 6: Czy zamawiający dopuści rozmiar 6 / 120mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 6 dopuszcza do zaferowania rozmiar 6 / 120mm.

**Pytanie 13:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 24-29: Czy zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci dwóch półpierzni?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 24-29 dopuszcza do zaferowania znacznik głębokości w postaci dwóch półpierzni.

**Pytanie 14:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 30: Czy zamawiający dopuści przewodnicę w rozmiarze 6Fr (2,0mm) pasującą do rurek intubacyjnych o średnicy 2,5-4,5mm oraz w rozmiarze 10Fr (3,3mm) pasującą do rurek intubacyjnych o średnicy 4,0-6,0mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 30 dopuszcza do zaferowania przewodnicę w rozmiarze 6Fr (2,0mm) pasującą do rurek intubacyjnych o średnicy 2,5-4,5mm oraz w rozmiarze 10Fr (3,3mm) pasującą do rurek intubacyjnych o średnicy 4,0-6,0mm.

**Pytanie 15:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 31: Czy zamawiający dopuści przewodnicę w rozmiarze 14Fr (4,7mm) pasującą do rurek intubacyjnych o średnicy 5,5-10,0mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 31 dopuszcza do zaferowania przewodnicę w rozmiarze 14Fr (4,7mm) pasującą do rurek intubacyjnych o średnicy 5,5-10,0mm.

**Pytanie 16:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 32: Czy zamawiający dopuści dren tlenowy o średnicy OD 5,5mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 32 dopuszcza do zaferowania dren tlenowy o średnicy OD 5,5mm.

**Pytanie 17:**

Dotyczy Grupa 3 poz. 14: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worka 2600 ml oraz komorą pomiarową 400 ml. Reszta parametrów zgodna z wymaganiami.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 3 poz. 14 dopuszcza do zaferowania worka 2600 ml oraz komorę pomiarową 400 ml, pozostałe parametry zgodnie z Zapytaniem ofertowym

**Pytanie 18:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 30: Czy zamawiający dopuści sterylna prowadnice do rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,0 do 4,0 o średnicy 2mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 30 dopuszcza do zaoferowania sterylną prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,0 do 4,0 o średnicy 2mm.

**Pytanie 19:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 30: Czy zamawiający dopuści sterylna prowadnice do rurek intubacyjnych w rozmiarze 4,5 do 6,5 o średnicy 3,3mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 30 dopuszcza do zaoferowania sterylną prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 4,5 do 6,5 o średnicy 3,3mm.

**Pytanie 20:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 31: Czy zamawiający dopuści sterylna prowadnice do rurek intubacyjnych w rozmiarze 7,0 do 10 o średnicy 4,7mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 2 poz. 31 dopuszcza do zaoferowania sterylną prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 7,0 do 10 o średnicy 4,7mm.

**Pytanie 21:**

Dotyczy Grupa 3 poz. 15: Czy zamawiający dopuści plastikowe uchwyty do worków na mocz do okrągłych i kwadratowych ram łóżek w opakowaniu zbiorczym 50szt z przeliczeniem ceny do ilości

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 3 poz. 15 dopuszcza do zaoferowania plastikowe uchwyty do worków na mocz do okrągłych i kwadratowych ram łóżek w opakowaniu zbiorczym 50szt z przeliczeniem ceny do ilości.

**Pytanie 22:**

Dotyczy Grupa 2 poz. 14: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z kłamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym – w Grupie 2 poz. 14 brak asortymentu - zamknięty system do pomiaru diurezy.