



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

**im. Edmunda Biernackiego w Mielcu**

**ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec**

**KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893**



centrala 17 78 00 100

tel. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: [przetargi@szpital.mielec.pl](mailto:przetargi@szpital.mielec.pl)

Mielec, dnia 18.05.2023r.

SzP.ZP.271.35-1.23

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

*Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę wody jałowej do tlenoterapii oraz matrycy hemostatycznej do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.35.23*

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy Grupa 1 poz. 1: Czy Zamawiający w Grupie 1 w pozycji 1 dopuści zamknięty system do nawilżania z wodą jałową i adapterem w pojemnikach 450ml ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 1 poz. 1 dopuszcza do zaoferowania z przeliczeniem objętości zamknięty system do nawilżania z wodą jałową i adapterem w pojemnikach 450ml.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy Grupa 1 poz. 1: Czy Zamawiający w Grupie 1 w pozycji 1 dopuści zamknięty system do nawilżania z wodą jałową i adapterem w pojemnikach 550ml ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 1 poz. 1 dopuszcza do zaoferowania z przeliczeniem objętości zamknięty system do nawilżania z wodą jałową i adapterem w pojemnikach 550ml.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy Grupa 1 poz. 2: Czy Zamawiający w Grupie 1 w pozycji 2 dopuści zamknięty system do nawilżania z wodą jałową i adapterem w pojemnikach 450ml ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy Grupa 1 poz. 2: Czy Zamawiający w Grupie 1 w pozycji 2 dopuści zamknięty system do nawilżania z wodą jałową i adapterem w pojemnikach 350ml ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Grupie 1 poz. 2 dopuszcza do zaoferowania z przeliczeniem objętości zamknięty system do nawilżania z wodą jałową i adapterem w pojemnikach 350ml.