



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec

KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

SzP.ZP.271.52-2.23

Mielec, dnia 06.07.2023r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na wykonywanie testów wewnętrznej kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych i pomocniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.52.23

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy asysty serwisowej dla angiografu Siemens Artis Zee:

Laboratorium zwraca się z prośbą o wyjaśnienie celu, dla którego Zamawiający wymaga asysty serwisowej do wykonania testów specjalistycznych aparatu Angiograf SIEMENS ARTIS ZEE. Cel nie jest jasny gdyż testy specjalistyczne są wykonywane z pozycji dostępnych dla użytkownika urządzenia RTG. Nie ma żadnego obowiązku prawnego uzyskania dostępu do trybu serwisowego wobec czego asysta serwisowa nie jest konieczna. Prosimy o wyjaśnienie jakie konkretnie ma być zadanie „asysty” lub usunięcie asysty z przedmiotu postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie testów specjalistycznych urządzenia: Angiograf SIEMENS ARTIS ZEE bez asysty serwisowej firmy Siemens.