



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel./fax. 17 78 00 273

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

SzP.ZP.271.8-1.22

Mielec, dnia 25.01.2022r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę pojemników z tworzywa sztucznego na zużyty sprzęt medyczny do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.8.22

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia poz. 5: Wnosimy o **odstąpienie od wymogu posiadania dodatkowego otworu wrzutowego w pojemniku o pojemności 60 L**. Pojemniki o tak dużych pojemnościach nie posiadają dodatkowego otworu z wypustkami do usuwania małych materiałów a ewentualne wyposażenie pojemnika w dodatkowy otwór, w praktyce okazuje się bezużyteczne. Do usuwania małych materiałów medycznych są przeznaczone pojemniki o mniejszych pojemnościach np. 1 l; 2l,5 l,10l. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za potrzebą pozyskania pojemników 60l z dodatkowym otworem wrzutowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojemników o pojemności 60 L bez dodatkowego otworu wrzutowego w pojemniku

Pytanie nr 2:

Wnosimy o możliwość przesłania oferty w formie elektronicznej np. na e-maila lub przez platformę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym