



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

**im. Edmunda Biernackiego w Mielcu**

**ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec**

**KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893**



centrala 17 78 00 100

tel. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: [przetargi@szpital.mielec.pl](mailto:przetargi@szpital.mielec.pl)

SzP.ZP.271.96-2.23

Mielec, dnia 01.12.2023r.

## **Wszyscy uczestnicy postępowania**

*Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na dzierżawę urządzenia sterującego do hipotermii leczniczej wraz z dostawą kompatybilnego jednorazowego systemu chłodzenia do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.96.23*

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1, dotyczy pkt 2:**

„Jednorazowe elementy systemu chłodzącego w rozmiarze M kompatybilne z dzierżawionym sprzętem.” - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednopacjentowych elementów systemu chłodzącego w uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych kompatybilne z dzierżawionym sprzętem.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w punkcie 2 dopuszcza do zaoferowania jednopacjentowych elementów systemu chłodzącego w uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych kompatybilne z dzierżawionym sprzętem.

### **Pytanie 2, dotyczy pkt 2:**

„Jednorazowe elementy systemu chłodzącego w rozmiarze M kompatybilne z dzierżawionym sprzętem.” - Czy Zamawiający będzie wymagać 3-częściowego kompletu do prowadzenia nieinwazyjnej, kontrolowanej hipotermii i normotermii pacjenta dorosłego tj: czepiec na głowę, kamizelka, okrycia na dolne części ciała w rozmiarze uniwersalnym (mocowanie rzepów Velcro)?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w punkcie 2 dopuszcza do zaoferowania 3-częściowego kompletu do prowadzenia nieinwazyjnej, kontrolowanej hipotermii i normotermii pacjenta dorosłego tj: czepiec na głowę, kamizelka, okrycia na dolne części ciała w rozmiarze uniwersalnym (mocowanie rzepów Velcro).

### **Pytanie 3, dotyczy pkt 2:**

„Jednorazowe elementy systemu chłodzącego w rozmiarze M kompatybilne z dzierżawionym sprzętem.” - Czy Zamawiający będzie wymagać jednopacjentowych elementów systemu bez limitu użycia?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w punkcie 2 dopuszcza do zaoferowania jednopacjentowych elementów systemu bez limitu użycia.

### **Pytanie 4, dotyczy pkt 2:**

„Oprogramowanie urządzenia w języku polskim” – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z oprogramowaniem w języku angielskim (proste komunikaty w języku angielskim).

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.